

HISTOIRE DE LA THERAPIE PAR PRESSION NEGATIVE

OU COMMENT UNE PENSÉE ELABORÉE SUR DES CRITERES NON LIÉS AU SOIN , AU CONFORT DU PATIENT OU A L'INTÉRÊT COLLECTIF PEUT DEVENIR LA PENSÉE DOMINANTE.

Chavoin JP . (1) , Michot M. (2) , Chaput B. (1), Maloizel J. (2) , Léger P. (3) , Bura-Rivière A. (2) , Martini J. (4) , Grolleau J-L .(1)(2) .

1 PANSEMENTS PAR PRESSION NÉGATIVE

LE MERITE DU DÉVELOPPEMENT SINON DE L'INVENTION (1) DU PANSEMENT A PRESSION NEGATIVE REVIENT A UNE SOCIETE (KCI) QUI A DÉVELOPPE UN SYSTEME ONEREUX NECESSITANT UNE HOSPITALISATION (2).

- ▶ Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) imposent une hospitalisation et limitent de fait l'utilisation de cet outil à des situations d'exception en raison de son coût et de la lourdeur logistique de son utilisation.
- ▶ De plus l'HAS s'est opposée à la mise de ce matériel sur la liste des produits et prestations remboursables ce qui signifie qu'il est intégralement payé par l'Hôpital sans prise en charge par l'assurance maladie.



2 LE VIDE MURAL

L'UTILISATION DU VIDE MURAL A ÉTÉ PROPOSÉ POUR DIMINUER LES COÛTS MÊME SI NON RECOMMANDÉE PAR L'HAS. (3), (4).

- ▶ Cela diminue les coûts mais interdit toujours son utilisation à domicile.



3 MINIATURISATION

LA MINIATURISATION DES MOTEURS QUI PERMETTENT LA PRESSION NEGATIVE FACILITE L'UTILISATION MAIS L'HAS IMPOSE TOUJOURS L'HAD .




LES ÉQUIPES DE TERRAIN SOUHAITENT POUVOIR DISPOSER DE CET OUTIL THERAPEUTIQUE EN VILLE D'AUTANT QUE LES LIMITES TECHNIQUES INITIALEMENT EXISTANTES ONT DISPARU AU FIL DES GÉNÉRATIONS DE MATERIEL

4 L'AVENIR

DE NOUVEAUX OUTILS EXISTENT MAIS TARDENT À ÉMERGER SANS RAISON MÉDICALE ÉVIDENTE.

IL EST LICITE DE S'INTERROGER SUR LA PRÉSENCE D'AUTRES ENJEUX.



LE DÉVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX INNOVANTS DEVRAIT RESTÉ CENTRÉ SUR LE SOIN, LE CONFORT DU PATIENT ET L'INTERÊT COLLECTIF .

BIBLIOGRAPHIE :

1 - Jules Guérin (1801-1855) et l'occlusion pneumatique des plaies. Un précurseur du V.A.C. ®. J. Glicenstein Ann. Chir.Plast.Esthet.(2008)53 , 378-382

2 - Vacuum-assisted closure : a new method for wound control and treatment : clinical expérience. Argenta L.-C. , Morykwas M.-J.

3- Une brève histoire du pansement à pression négative : «pour éviter le syndrome frigidaire» A.-M. Danino , I.-D. Weber Ann. Chir.Plast.Esthet.(2007)52 /6 , 624-625

4 - Chaput B, Garrido J, Eburdery H, Grolleau JL, Chavoin JP. Low Cost négative Wound Therapy Using Wall Vacuum : A 15 dollars by day alternative. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2015 Jul 8 ;3(6) :e 418 .

Adresse des auteurs :

- 1- Service de chirurgie plastique et des brûlés , CHU Rangueil , Toulouse .
- 2- Service de médecine vasculaire , CHU Rangueil , Toulouse .
- 3- Service de diabétologie , CHU Rangueil , Toulouse.
- 4- Centre de médecine vasculaire Clinique Pasteur , Toulouse.